

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
11/03/2024 14:31	Referente aos itens 157 ao 160, é solicitado braçadeira com manguito para monitor multiparametro. Porém, nao é mencionado qual seria a marca e o modelo do monitor. Considerando que existem diversas conexões de PNI, qual seria a marca e o modelo do monitor multiparametro?		Não há arquivo anexado.
DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - 06316353000181		licitacao1@dimave.com.br / (31) 3297-2575	

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
13/03/2024 14:43	Em resposta aos questionamentos, de acordo com a Enfermeira Rafaela Canalli, os monitores atualmente em uso na unidade são: - MONITOR MODULAR T7 PROLIFE - MONITOR DIXTAL DX 2023 - MONITOR PROLIFE STAR 800F A entrada de conexão da braçadeira de todos são iguais.		Não há arquivo anexado.

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
11/03/2024 14:33	Sr pregoeiro, boa tarde. No item 283, é solicitado pás para CMOS DRAKE. Porém, existem dois modelos, o conector azul e branco e o conector preto. Qual seria o ideal para atender o órgão?		Não há arquivo anexado.
DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - 06316353000181		licitacao1@dimave.com.br / (31) 3297-2575	

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
13/03/2024 14:44	As duas conexões dos eletrodos dos itens 283 e 284 são do tipo A. O modelo é preto.		Não há arquivo anexado.