

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
07/03/2024 16:26	Sr pregoeiro, boa tarde. Favor esclarecer o que segue. Quanto ao LOTE 157 - BOWIE DICK : 1 - A citação da marca clean test é apenas referencia, correto ? 2 - Como não é determinado nem estipulado na ISO 11140 as dimensões (medidas) do teste tipo BOWIE & DICK , perguntamos : onde consta "...medindo 104mmx84mmx20mm", podemos considerar como medidas aproximadas ? Pois essa medida solicitada no edital é especifica de um só fabricante, o que vai em desencontro à Lei das licitações. Caso negativo, favor informar qual norma/instrução esta PREFEITURA está utilizando como base para solicitar especificamente a medida acima citada. Também gostaríamos de solicitar que se esclareça se o item licitado será utilizado em cargas de 04 ou 07 quilos. Para o LOTE 359 : Ao analisarmos o descritivo do lote 359 (INDICADOR BIOLOGICO) não localizamos o tempo de leitura desejado para esses indicadores (24f, 3h, 1h.....). Também não localizamos a solicitação de incubadora (equipamento necessário para leitura desses indicadores) em comodato. Perguntamos : - Qual o tempo de leitura desejado para esses indicadores ? - Será necessário o fornecimento de incubadoras em comodato ? Se sim, qual quantidade ?		Não há arquivo anexado.
IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 30597921000144		comercial@is8.com.br / (11) 3565-7705	

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
13/03/2024 14:42	Em relação ao pedido de esclarecimento feito, segue a resposta da Senhora Mayra Barbara Vianna Magalhães, Coordenadora das Unidades Básicas de Saúde: "Referente aos questionamentos realizados em relação ao Lote 157, afirmo que a citação é realmente para referência, as medidas são aproximadas, o item solicitado será utilizado para carga de 4 KG. Em referência ao Lote 359, o indicador biológico é para a leitura em 24 horas e as incubadoras utilizadas no município já possui quantidade suficiente para suprir a demanda".		Não há arquivo anexado.