

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – P.E. 007/2024**  
**EMPRESA DIMAVE**

**From:** [Licitação - Pref. São Joaquim da Barra](#)  
**Sent:** Tuesday, March 12, 2024 4:01 PM  
**To:** [licitacao@dimave.com.br](mailto:licitacao@dimave.com.br)  
**Subject:** Re: Esclarecimento PE 007/2024

Boa tarde,

De acordo com o Departamento de Saúde: ***“AS DUAS CONEXOES DOS ELETRODOS DOS ITENS 283 E 284 SÃO DO TIPO A”***

Sendo só para o momento,

Atenciosamente,

**Rafaela Canalli - Enfermeira**

**Jorge Guilherme Kruger – Diretor do Departamento de Saúde**  
**Sérgio O. Porssionatto – Diretor do Departamento de Licitação**

---

**From:** [licitacao@dimave.com.br](mailto:licitacao@dimave.com.br)  
**Sent:** Friday, March 08, 2024 3:09 PM  
**To:** [licitacao@saojoaquimdabarra.sp.gov.br](mailto:licitacao@saojoaquimdabarra.sp.gov.br)  
**Subject:** Esclarecimento PE 007/2024

Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra

**ESTADO DE SÃO PAULO**

Ref.: **Pregão Eletrônico** nº 007/2024

**Processo** nº 02920/2023  
02921/2023

**Data da abertura da sessão pública:** 19/03/2024

A empresa Dimave Equipamentos Médicos LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 06.316.353/0001-81, sediada na Rua Paulo Freire de Araújo, nº 300, salas 2 a 6, Estoril, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.494-280, vem, por meio dessa, realizar o presente pedido de esclarecimento acerca dos **itens 283 e 284** do edital.

**ITENS 283 e 284:** Qual das duas **conexões** de Eletrodo é utilizada no DEA da CMOS DRAKE?

1. a) <https://ibb.co/prSGSL0>
2. b) <https://ibb.co/DrT3Wsg>